

Gmina Sękowa
Sękowa 252
38-307 Sękowa
NIP 738-10-13-686

ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SA.III.042.1.2021

na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

**DOSTAWA WYPOSAŻENIA
W RAMACH PROJEKTU "UNIWERSYTET SENIORA"**

Postępowanie prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Sękowa, dnia 29 kwietnia 2021 roku

Zatwierdzający:

/-/ Łukasz Szilder

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA IZ.271.1.5.2021

Gmina Sękowa, 38-307 Sękowa 252 zwane dalej "Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kod i nazwa CPV

33.19.61.00-1 - sprzęt dla osób starszych

2. Nazwa nadana przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Uniwersytet seniora"

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu rehabilitacyjnego wg. poniższej specyfikacji:

L.P.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
1.	Aparat do elektroterapii dwukanalowy - dwa zupełnie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie – 1 sztuka
	<p>Elektroterapia prądami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%); - Prądy diadynamiczne - Prądy Traeberta - Prąd Prąd Kotz'a - Prąd TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST"); - Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,); - Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck'a (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz); - impulsy trójkątne, impulsy prostokątne - Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (t_i) w zakresie: 50 - 600μs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza); - Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwy); - HV stymulacja wysokonapięciowa
	Bank min.120 gotowych programów terapeutycznych

	Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP)
	Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych
	Programy urologiczne
	Regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie
	Automatyczne wyznaczanie parametrów diagnostycznych (krzywa i/t)
	Ekran ciekłokrystaliczny
	Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym
	Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta)
	Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione)
	Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej
	Komplet akcesoriów (komplet przewodów, elektrody silikonowe 6x12cm sztuk 4, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody szt.4)
	Wymiary maks. 270 x 328 x 230mm
	Waga maks. 4,5 kg
2.	Aparat do magnetoterapii – 1 sztuka
	Przenośny sterownik
	Liczba podłączeń do aplikatorów – nim.2
	Czas trwania impulsu – 5ms
	Częstotliwość min.1 do 750 Hz
	Maksymalna indukcja magnetyczna min. 160 Gauss
	Wyposażenie: 2 aplikatory płaskie 150mm (+/-5%)
	Współpraca z aplikatorami 30 cm i 60 cm oraz aplikatorami płaskimi
	Zegar do 240 minut
	Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola
	Bank gotowych programów terapeutycznych (min.70)
	Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych
	Możliwość tworzenia sekwencji z programów zabiegowych
	Kartoteka danych pacjenta
	Wymiary maks. 270x328x230mm
	Waga maks. 4,0 kg

	<p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplikatory płaskie 150mm – 2 szt. - pasy do mocowania aplikatorów - kabel zasilający - instrukcja obsługi w języku polskim
3.	Aparat do terapii ultradźwiękowej z jedną głowicą – 1 sztuka
	Głowica o powierzchni od 4 do 5 cm ² o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz
	Praca ciągła i impulsowa
	Możliwość dokupienia(współpracy) z głowicami 1cm ² i 10cm ²
	Współczynnik wypełnienia 10-100% z regulacją co 1%
	Kontrola sprzężenia głowicy (wizualna i dźwiękowa)
	Bank gotowych programów zabiegowych
	Modyfikowalny program wolny umożliwiający modyfikację parametrów zabiegu
	Możliwość tworzenia własnych programów i programów sekwencyjnych w pamięci urządzenia.
	Możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym
	Wizualna i akustyczna informacja o braku sprzężenia
	Realny pomiar czasu zabiegu (zatrzymanie zegara zabiegowego w momencie utraty sprzężenia i automatyczne uruchomienie po jego uzyskaniu)
	Możliwość podłączania dwóch głowic jednocześnie
	Duży, czytelny wyświetlacz, dotykowy, kolorowy o przekątnej min. 7”
	<p>Kartoteka pacjenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gromadzenie danych pacjentów, - rodzaj schorzenia, - spis zabiegów wykonywanych pacjentowi, - indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta, - możliwość oceny skali bólu na początku oraz na końcu leczenia.
	Zegar czasu pracy 0 – 30 minut
	Moc stała: 0-2 W/cm ²
	Moc impulsowa: 0-3 W/cm ²
	Waga max. 2kg
4.	Aparat do masażu – 1 sztuka
	Aparat do masażu, wykorzystujący jako źródło energii wodę wodociągową, płynącą pod normalnym ciśnieniem. Dane techniczne:- zużycie wody: 1-5 l/min (w zależności od intensywności drgań),- długość węża: 1,5 m,- częstotliwość drgań regulowana ilością wody,- waga maks. 0,5 kg.

	<p>W komplecie, zestaw membran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gumowa - płaska z kolcami - gumowa - płaska z jedną kulką - gumowa w kształcie smoczka - gumowa - grzebień dwurzędowy - gumowa - grzybek - gumowa z gąbką - trzrzędowa - grzebień - pięciokulkowa - o silnym działaniu - stożkowa - do zabiegów punktowych – akupunktura - gumowa - płaska z krążkiem
5.	Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym – 1 sztuka
	<p>Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym, przeznaczone jest do współpracy z uniwersalnym aparatem do masażu wibracyjnego</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pojemność robocza zbiornika min. 10 l - Wydajność pompy wody [l/min] min. 20l - Wymiar max. stanowiska (gł. x szer. x wys.) - 96,5 x 55,5 x 45,5(cm) - Zasilanie [VAC/Hz] 230/50 - niezależne kółka z hamulcem - Pobór mocy 1,1kW
6.	Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym – 1 sztuka
	10 stopni regulacji oporu
	2 komory na wodę(czynna i bierna)
	Możliwość ćwiczeń kończyn górnych lub dolnych
	Praca w obu kierunkach (przód/tył)
	Wygodne, obrotowe siedzisko z oparciem pod plecy
	Obrotowa(360 stopni) regulacja pozycji ramienia
	Możliwość ćwiczenia kończyn górnych w pozycji stojącej
	Specjalna konstrukcja uchwytów umożliwiająca pracę kończyn dolnych lub górnych bez konieczności zmiany uchwytów
	<p>Interaktywny monitor wyświetlający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czas - prędkość - dystans - ilość obrotów - kalorie - poziom obciążenia

	- tężno
7.	Leżanka drewniana do magnetoterapii – 1 sztuka
	Leżanka drewniana do magnetoterapii
	Leżanka jednoczęściowa
	Rama wykonana z drewna bukowego wysokiej jakości
	Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących
	System przesuwu do dużej cewki
	Gama kolorów tapicerki do wyboru min.6
8.	Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń manualnych z oporem ręki – 1 sztuka
	Min. 12 niezależnych stanowisk do ćwiczeń ręki (po trzy stanowiska na każdą ze stron blatu)
	Kolumna oporowa umieszczona w centralnej części stołu
	Kolumna wykonana z profili aluminiowych
	Kolumna posiadająca min. 4 niezależne stosy ciężarkowe rozmieszczone po jednym z każdej strony stołu
	Możliwość ćwiczenia min. 4 pacjentów jednocześnie
	Waga obciążenia stosu od 250-2750g
	Wymiary max: 120x120cm
9.	UGUL zestaw – 1 sztuka
	Krata metalowa, malowana proszkowo na kolor biały (8 elementów) o rozmiarze 200x200x203cm(+/-5%)
10.	Osprzęt do UGUL-a – 1 komplet
	Zestaw zawiera minimum: Linka do zawiesznień 1,60m. – 10szt Linka do zawiesznień 0,90m. – 2szt Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m.- 1szt Linka do ćwiczeń oporowych 5,5m. – 1szt Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m. – 2szt Podwieszka przedramion i podudzi 0,47 x 0,11 m. 4szt Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m.- 4szt Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m. – 1szt Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 0,43 x 0,11 m. – 1szt Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,09 m. – 2szt Podwieszka dwustawowa 0,83 m. – 2szt Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę 1x 0,16 m.. – 1szt

	<p>Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt Obciążnik 0,5 kg -2szt Obciążnik 1,0 kg – 2szt Obciążnik 1,5 kg – 1szt Obciążnik 2,0 kg – 1szt Obciążnik 2,5 kg – 1szt Obciążnik 3,0 kg – 1szt Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m. – 1szt Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m. – 1szt Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m. – 1szt Esik – hak do zawieszzeń – 30szt</p>
11.	Stół rehabilitacyjny – 1 sztuka
	Stół rehabilitacyjny
	Stół dwuczęściowy (leżysko górne, zagłówek z otworem na twarz)
	Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali wykonana z okrągłych profili, malowana proszkowo – odporna na działanie środków dezynfekujących
	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą siłownika
	Centralny system jezdny z hamulcem (za pomocą jednej dźwigni unoszone i opuszczane są 4 kółka)
	Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej [o]: -85 / +35(+/-5%)
	Regulacja wysokości [mm]: 400 - 1010 (+/-10%)
	Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660(+/-5%)
	Dopuszczalne obciążenie [kg]: min.150
12.	Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem – 1 sztuka
	Duży, dotykowy, ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz
	Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu.
	Zbiornik o pojemności 30 litrów (+/-5%)
	Gotowe programy terapeutyczne
	Czynnik roboczy – ciekły azot
	Temperatura strumienia gazu : -160 stopni
	Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: min. 5
	Regulacja skokowa od 20% - 100% siły nadmuchu
	Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 50 dla średniego czasu zabiegu = 3min)
	Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeżenie przy pomocy

	<p>sygnalizacji diodowej o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury</p> <p>Zasilanie: 230 V +/- 10 %</p> <p>Dodatkowe zabezpieczenie butli do transportu aparatu w postaci obejmującej mocowanej na górze zbiornika za pomocą magnesu</p>
13.	Stół rehabilitacyjny – 1 sztuka
	<p>Stół trzyczęściowy (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz)</p> <p>Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania,</p> <p>Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących,</p> <p>Elektryczna regulacja wysokości,</p> <p>Regulowany kąt zagłówek (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej),</p> <p>Zmiany ustawień nożnej części leżyska za pomocą sprężyny gazowej,</p> <p>Pilot ręczny</p> <p>Uchwyt do mocowania papieru,</p> <p>Centralny system jezdny,</p> <p>Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660</p> <p>Regulacja wysokości [mm]: 490- 1050</p> <p>Regulacja zagłówek [o]: -85/+35</p> <p>Regulacja wysokości części pod nogi do pozycji siedzącej [o]: 80</p> <p>Maksymalne obciążenie [kg]: 150</p>
14.	Krzesełko do masażu – 1 sztuka
	<p>Krzesełko do masażu</p> <p>Aluminiowe krzesełko do wykonywania masażów</p> <p>Regulowana wysokość siedziska za pomocą sprężyny gazowej</p> <p>Regulacja kątów nachylenia podglówek i półki pod ramiona</p> <p>Dane techniczne +/-5%: Głębokość: 65-75 cm Szerokość: 55 cm Wysokość regulowana: 110-120 cm Dopuszczalne obciążenie: 150 kg Waga: 8,5 kg</p>
15.	Lampa statywowa do światłolecznictwa – 1 sztuka
	Lampa statywowa do światłolecznictwa

	Światło podczerwone
	Regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10%
	Zestaw filtrów (niebieski + czerwony)
	Zegar zabiegowy 1-30 min
	Moc 375 W
	Mikroprocesorowe, elektroniczne sterowanie pracą lampy
	Podstawka pod zmianę na lampę stołową
	Okulary szt.2 (dla pacjenta i terapeuty)
	Wymiar podstawy lampy maks. : 0,5 x 0,6 m, wysokość 1,2-1,9m
	Wymuszone chłodzenie tubusa i siatka zabezpieczająca
	Podstawa wyposażona w kółka z hamulcami
16.	Rotor elektryczny – 1 sztuka
	Rotor elektryczny do treningu aktywnego i biernego kończyn górnych lub dolnych - szt.1
	Odpowiedni do terapii aktywnej kończyn dolnych lub górnych dzięki wymiennym uchwytom
	Napęd elektryczny poruszający kończynami pacjenta bez użycia siły jego mięśni (terapia pasywna)
	Solidna obudowa z tworzywa sztucznego ABS odpornego na zarysowania
	Wyświetlacz LCD pokazujący parametry terapii
	Podstawa wyposażenia w stopki antypoślizgowe
	Elektroniczna regulacja poziomu oporu
	15 minutowy wyłącznik czasowy
	Komplet uchwytów na stopy i dłonie na wyposażeniu
	Waga: 8 kg +/- 5%
	Długość: 50cm +/- 5% Szerokość: 46 cm +/- 5% Wysokość: 38 cm (złożony) +/- 5%
17.	Rower treningowy, magnetyczny – 1 sztuka
	Rower treningowy, magnetyczny.
	Zasilanie sieciowe (230 V / 50 Hz).
	Elektroniczna regulacja obciążenia w zakresie minimum 1 – 32.
	Siedelko regulowane na wysokości oraz w poziomie.

	Maksymalna waga użytkownika: 150 kg.
	Wymiary urządzenia po rozłożeniu [±/-5%]: 100 x 56 x 147 cm (długość x szerokość x wysokość).
	Funkcje komputera: pomiar czasu, odległość, prędkość, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, moc w Watach, pomiar tętna / górna granica tętna.
	Minimum 22 programy treningowe, w tym 4 programy sterowane tętnem oraz 12 programów predefiniowanych.
	Magnetyczny system hamowania z kołem zamachowym o wadze maksymalnie 10 kg.

Wykonawca ma za zadanie na własny koszt i ryzyko dostarczyć, wnieść i zainstalować (o ile wymagane) sprzęt we wskazanym przez zamawiającego miejscu tj. Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Męcinie Wielkiej.

II. Termin wykonania zamówienia oraz sposób płatności.

1. Zamawiający wymaga dostarczenia zaoferowanych produktów w terminie 28 dni od podpisania umowy.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia prawidłowego doręczenia faktury / rachunku wraz z protokołem odbioru usługi podpisanym przez Zamawiającego potwierdzającym należyte wykonanie Umowy.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynność objętych przedmiotem zamówienia,
- 2) posiadają sytuację techniczną i zawodową oraz sytuację finansową i ekonomiczną pozwalającą na wykonanie zamówienia.

Następujący Wykonawcy będą wykluczeni z uczestnictwa w postępowaniu przetargowym:

- 1) nawiązujący kontakt z innymi Wykonawcami w celu ograniczenia konkurencji z naruszeniem obowiązujących przepisów,
- 2) którzy łącznie uczestniczą w przetargu (np. konsorcjum) w przypadku zaistnienia przesłanek do wyłączenia choćby jednego z nich,
- 3) którzy złożyli więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub uczestniczyli jako członek konsorcjum w złożeniu innej oferty, w takiej sytuacji wykonawca będzie wykluczony z każdej złożonej oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego **Załącznik nr 3**.

IV. Dysponowanie zasobami innych podmiotów

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zawierające pełne dane podmiotu udostępniającego zasoby (nazwa, adres, NIP, KRS, REGON) podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu wraz z dokumentem wykazującym uprawnienia do reprezentacji (odpis z KRS, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej itp.).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V. Oferty wspólne

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania!
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie a nie tylko pełnomocnika.
6. Wykonawcy występujący wspólnie przed podpisaniem umowy winni przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w postaci:

- 1) pisemnej; lub
- 2) elektronicznej na adres: ugsekowa@sekowa.pl.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą e-maila - każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VII. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu, które mają dostarczyć Wykonawcy:

Oferta musi być sporządzona ściśle wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3;
- 2) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

Dopuszcza się złożenie oferty:

- 1) w formie pisemnej na adres Gmina Sękowa, 38-307 Sękowa 252;
- 2) w formie elektronicznej za pomocą portalu <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może zaproponować jedną cenę.

Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować koszty całkowite związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zaleca się aby wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Koszty przygotowania i przedłożenia oferty w tym złożenia ostatecznej propozycji cenowej ponosi Wykonawca.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w kopercie, która powinna być oznaczona:

Oferta na:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Uniwersytet seniora"

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252 lub za pomocą portalu <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> do godziny 10⁰⁰ dnia 10 maja 2021 roku.

Oferty otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE” oraz oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty.

X. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 maja 2021 roku o godzinie 10³⁰** w Urzędzie Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252.

XI. Zmiana umowy.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- 1) gdy zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy będzie wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
- 2) pojawienia się przeszkody w wykonaniu zamówienia w przewidzianym terminie nie wynikającej z winy Wykonawcy lub w przypadku zaistnienia nowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia,
- 3) w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, Zamawiający ograniczy zakres usług objęty zamówieniem wraz z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia,
- 4) zmiany przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, zmiana jest wprowadzana w stosunku do kwoty netto,
- 5) gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, i która w razie przyjęcia pozwoli obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność jej wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji zarządzających i monitorujących realizację Umowy,

Wniosek o dokonanie zmiany w umowie musi zawierać:

- 1) opis zmiany,
- 2) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany,
- 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Wskazane przypadki zmian nie są wiążące dla Zamawiającego. Wystąpienie przesłanek do dokonania zmian w umowie nie wiąże Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.

XII. Procedura oceny oferty cenowej

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, gdy:
 - 1) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub został wykluczony,
 - 2) treść oferty jest niezgodna z prawem,
 - 3) treść oferty nie odpowiada treści określonej w zapytaniu ofertowym,
 - 4) oferta nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub informacji,
 - 5) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub podlega wykluczeniu z postępowania,
 - 6) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- 7) Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie złożył wymaganych wyjaśnień lub dokumentów w przypadkach przewidzianych w dziale XII ust. 2,
 - 8) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na wniosek Zamawiającego,
 - 9) cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki, które Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
2. Zamawiający może, z zachowaniem zasady równego traktowania, zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów, wyjaśnienie lub doprecyzowanie oferty, a także usunięcie omyłek przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty.
 3. W przypadku gdy oferty kilku Oferentów uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, których oferty uzyskały taką samą liczbę punktów do przedstawienia dodatkowych ofert w zakresie oferowanej oceny.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

LP	Nazwa kryterium	Znaczenie %	Max. możliwa do uzyskania liczba punktów
1	Cena	100	100

Ofercie zostaną przypisane punkty, zgodnie z poniższym wzorem:

$$Lp = (Cn/Cob \times 100)$$

gdzie:

Lp - liczba punktów oferty badanej zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

Cn - cena oferty z najniższą ceną

Cob - cena oferty badanej

100 - wskaźnik stały

Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najwyższą końcową oceną. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

XIV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XV. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Michał Diduch, tel. 18 351 80 16 w. 23.

XVI. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy

1. Po dokonaniu oceny Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający dokonuje wyboru Oferty najkorzystniejszej według kryteriów określonych w Rozdziale XIII niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Z wyboru oferty sporządza się protokół postępowania o udzielenie zamówienia, w którym określa się:
 - 1) informację o sposobie upublicznienia Zapytania ofertowego,
 - 2) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego,
 - 3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020,
 - 4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców,
 - 5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 - 6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 - 7) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego.
3. Do protokołu załącza się następujące załączniki:
 - 1) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego,
 - 2) złożone oferty,
 - 3) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.
4. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w Zapytaniu Ofertowym następuje podpisanie Umowy z Wykonawcą.

O dacie i godzinie podpisania Umowy Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, co najmniej na 3 dni przed planowaną datą podpisania umowy.

6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie Zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie Zamówienia.

Za odstąpienie przez wybranego Oferenta od zawarcia Umowy, uważa się również nie stawienie się wybranego Oferenta w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że Oferent uprzednio usprawiedliwi swoją nieobecność i ustali z Zamawiającym inny termin podpisania Umowy.

XVII. Zmiany Zapytania ofertowego i unieważnienie postępowania

1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględni informację o zmianie. Informacja ta będzie zawierać: datę upublicznienia zmienianego Zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku:
 - 1) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane,
 - 2) gdy nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - 3) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 4) w przypadkach, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - 5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
3. W przypadku unieważnienia postępowania, oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

XVIII. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający może udzielić wyłonionemu Wykonawcy zamówienie uzupełniające o wartości nie przekraczającej 20 % zamówienia a dotyczące tego samego rodzaju dostaw.

XIX. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sękowa, 38-307 Sękowa 252;
- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-maili: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencją pod adres siedziby Administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu obowiązujące przepisy prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez czas obowiązkowego przechowywania dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, z uwagi na przypadek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);

-
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Oferta - załącznik nr 1
2. Umowa (wzór) - załącznik nr 2
3. Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3